

Ændringer i GAD65-Ab analysen (NPU26737) pr. 10. november 2025

Vi får i RN analyseret GAD65-ab på Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital. Herfra er udsendt følgende information vedr. ændringer i analysen:

I forbindelse med ibrugtagning af en ny generation af GAD65-ab analysen ændres den øvre grænse af måleområdet fra 280 til 200.000 kIU/L. Samtidig går vi over til at anvende cut-off-værdi frem for et referenceinterval.

Den nye cut-off er fastsat til 10 kIU/L, hvilket svarer til nuværende referenceinterval.

Vi har foretaget en sammenligning mellem den nuværende og den nye generation af analysen, og fundet god overensstemmelse omkring de kliniske beslutningsgrænser. Ved 10 kIU/L var der 98 % overensstemmelse, og ved 20 kIU/L var der 96 % overensstemmelse.

I vil dog kunne opleve ændringer i målingen af prøver med høje GAD65-værdier. Eksempelvis vil en prøve, der tidligere blev målt til ca. 100 kIU/L, med den nye generation blive målt til omkring 900 kIU/L.

Ved spørgsmål eller behov for yderligere information, kontakt venligst undertegnede på aaha@rn.dk

Venlig hilsen

Aase Handberg
Ledende overlæge
Klinisk Biokemisk Afdeling
Aalborg Universitetshospital