

Til Almen Praksis

I forbindelse med EU-udbud af blodprøvetagningsutensilier overgår Region Nordjylland til Hettich Labinstruments rørsortiment.

Selv om det er en ny leverandør, vil overgangen ikke betyde de store omvæltninger, da rørene overordnet har samme dimensioner, funktionalitet og propfarve som de nuværende prøvetagningsrør. Vi vedlægger en opdateret prøverørsoversigt, hvor I vil kunne se billeder af de nye prøverør.

**På grund af omstilling i WebReq og på apparatur er det tvingende nødvendigt, at alle praksis overgår til de nye prøvetagningsrør den**

**14.04.2021**

En kasse med et udvalg af de nye blodprøverør vil blive leveret til jeres praksis inden opstart. Dermed har I en startpakke klar, når vi foretager skiftet.

I perioden frem til den 8. april 2021 vil det fortsat være muligt at bestille de gamle rør fra Becton Dickinson. I bedes dog nedbringe Jeres lagerbeholdning så meget som muligt på disse rør, da vi bliver nødt til at kassere ubrugte rør efter skiftet til Hettich.

Efter den 14. april 2021 vil det være muligt at bestille de nye blodprøverør via ILS. På vedhæftede oversigt kan I se de nye varenumre. Fremadrettet skal I selv bestille blodprøverørene – præcis som I plejer. Efterfølgende bestilles prøvetagningsrør og kanyler altså via ILS som vanligt.

De overskydende rør fra det nuværende prøvetagningssystem kasseres efterfølgende. Dog skal I melde det antal kasserede hele pakker tilbage til [meland@rn.dk](mailto:meland@rn.dk). Se det vedlagte ark, hvor alle nuværende rør er listet. Denne optælling skal mærkes med Jeres rekvirent nummer fra ILS (altså ikke yder-nummer).

Den nye medsendte oversigt kan med fordel lægges ved prøvetagningspladsen. Hvis der er behov for flere eksemplarer, kan de fås ved henvendelse til laboratoriekonsulenterne. På oversigten er ligeledes angivet varenumre i ILS på såvel rør som sikkerhedskanyler, samt hvordan prøvetagningsrørene skal behandles efter prøvetagning.

WebReq blanketter skal altid printes umiddelbart inden prøvetagning. Herved registreres korrekt prøvedato og tidspunkt. Dette giver også mulighed for at foretage korrekt patientidentifikation, samtidigt udprintes der stregkoder, således at det korrekte antal og type af rør kan mærkes inden prøvetagning. Der må ikke sættes to stregkoder på samme rør.

Laboratoriekonsulentordning  
for Region Nordjylland

Hobrovej 18-22  
Postboks 565  
9000 Aalborg  
Tlf.: 97660000

Marts 2021

Spørgsmål kan rettes til laboratoriekonsulenterne.

Med venlig hilsen

**Laboratoriekonsulenterne i Region Nordjylland**

Claus Woldum (Hjørring), [clw@rn.dk](mailto:clw@rn.dk),

Tlf. 9764 1201

Britta Storvang, (Aalborg) [brst@rn.dk](mailto:brst@rn.dk),

Tlf. 2054 7787

Lone Kjeldgaard (Thisted) [lokj@rn.dk](mailto:lokj@rn.dk)

Tlf. 9765 0150