

Måling af blodets iltniveau under søvn med CPAP-apparat S10

Du har fået udleveret og er blevet instrueret i at bruge en iltmåler sammen med dit CPAP-apparat. Iltmåleren skal måle blodets iltniveau, når du sover.

Sådan gør du

Sæt måleren i CPAP-apparatet

Iltmåleren skal sættes ind i venstre side af dit CPAP-apparat. Du skal klemme sammen om iltmåleren på de to sorte 'knapper' øverst på iltmåleren, markeret med en blå pil på billedet herunder. Det giver et lille klik, når måleren sidder korrekt.

Iltmåleren skal blive siddende i den tid, du har aftalt med sygeplejersken eller lægen. Det kan være 2-7 dage eller mere. På billederne kan du se, hvordan den skal sidde i apparatet.




Sæt måleren på fingeren

Inden du sætter iltmåleren på fingeren, vises dette billede på CPAP-apparatets skærm. Det fortæller, at der er forbindelse. Det forsvinder igen, når du sætter iltmåleren på.



Iltmåleren skal helst sidde sådan på din finger:



Du skal minimum bruge iltmåleren i 4 timer hver nat, for at vi kan vurdere ilten i dit blod – og helst hele natten.

Aflevér måler og tilbehør

Når du skal aflevere iltmåleren, skal du huske at klemme sammen om iltmåleren på de to sorte knapper på siden som vist på billedet herunder. Træk forsigtigt tilbage. Den kan godt sidde lidt fast, men træk forsigtigt, så løsner den sig.



Når du afleverer iltmåleren, skal du samtidig aflevere dit SD-kort. Det sidder i venstre side af CPAP-apparatet. Tryk på kortet en enkelt gang – så vil det være til at tage fat i og trække helt ud.



Du skal aflevere det hele i vores reception i stueetagen på den aftalte dato.

Svar på undersøgelsen

Når vi så har set på dine målinger, vil du få skriftligt svar i digital post. Vi skriver til dig, hvad undersøgelsen har vist, og om der eventuelt skal ændres på din behandling.

Kontakt og mere viden

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Søvncenter Nord

Sekretærer

Tlf. 97 66 27 11

Vi træffes bedst: Mandag – fredag 8.00 – 14.00