

# Sådan bruger du MaxPlus connector til PICC-line kateter

## SÅDAN GØR DU

### Fyldning og påsætning af connector




Fyld MaxPlus connectoren med saltvand ved at sætte en fyldt 10 ml saltvandssprøjte på studsen og dreje  $\frac{1}{4}$  omgang. Når du drejer, skubbes det blå filter automatisk ind.



Drej sprøjten  $\frac{1}{4}$  omgang.

MaxPlus connectoren er nu klar til påsætning af PICC-line kateter – efter vanlig afspritning med injektionsswabs 2 gange.



Sæt MaxPlus connectoren på PICC-line kateteret.

Du skal skifte MaxPlus connectoren hver 3. dag.

### Tilkobling



Tjek, at der er tilbageløb i PICC-line, og skyl med 10 ml natriumklorid.



Sæt infusionsslangen til MaxPlus connectoren.

### Frakobling



Luk den hvide klemme, når sprøjten eller infusionsslangen er frakoblet MaxPlus connectoren.

### KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



#### Kontakt

**Medicinsk Gastroenterologisk  
Sengeafsnit 9Ø**  
Tlf. 97 66 35 01

**TPN-team**  
Tlf. 97 66 35 66  
Vi træffes bedst:  
Alle dage 7.00 – 23.00