AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL
– i gode hænder

Behandling med færdigblandet antibiotika hjemme på elektronisk pumpe

I har mulighed for at blive behandlet med antibiotika hjemme frem for på hospitalet ved hjælp af en fuldautomatisk og forprogrammeret bærbar pumpe

Antibiotika skal gives i en bestemt periode for at sikre at en infektion er velbehandlet. Efter få dage kan barnet/den unge dog have det så godt, at der ikke længere er gener af infektionen, men behandlingen skal alligevel gives i hele perioden for at undgå genopblusning af infektionen.

Hvorfor behandle hjemme?

Det er videnskabeligt bevist, at patienter har det bedre og klarer sig bedre gennem et forløb, når de er hjemme:

- De har mindre risiko for øvrige infektioner.
- De har bedre mulighed for at spise det, de har lyst til, og derved mindske vægttab.
- De har bedre mulighed for at holde sig i gang og dermed holde musklerne i kroppen ved lige.
- De kan være mere sammen med venner og familie.

SÅDAN FOREGÅR BEHANDLINGEN

- En læge og sygeplejerske vurderer sammen med dig og dit barn, om der kan gives behandling hjemme. Det afhænger af dit barns helbredstilstand, og om I er trygge ved at være hjemme med pumpen.
- Barnet/den unge bliver koblet til pumpen på afdelingen. Her får I også undervisning i, hvordan I håndterer pumpen, inden I går hjem.
- Pumpen er låst. Det er derfor ikke muligt, hverken for dit barn eller andre at komme til at ændre ved indstillingerne.
- Der skal dagligt skiftes infusionspose. I skal også møde til skift af slangesæt, tjek af pumpeadgangen, måling af temperatur, puls og blodprøvetagning. Inden I tager hjem, aftaler vi, hvordan det skal foregå.

KONTAKT OG MERE VIDEN

I skal kontakte os, hvis barnet/den unge får feber. Kuldskærhed eller kulderystelser vil ofte være tegn på begyndende feber.

Har I spørgsmål angående antibiotika og kateter, eller opstår der problemer med dette, skal I ligeledes kontakte os.

Kontakt

Afdeling:

_____

Telefonnummer:

_____

SVAR PÅ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Du skal gå med pumpen 24 timer i døgnet i behandlingsperioden. Det kan give praktiske udfordringer. Her kan du se typiske spørgsmål og svar.

Kan jeg gå i bad med pumpen?
Du kan sagtens gå i bad, selvom du er koblet til pumpen. Pumpen må dog ikke komme under bruseren eller ligge på et vådt underlag. Du kan vælge at hænge tasken med pumpen på en knage uden for brusekabinen, eller du kan lægge pumpen på gulvet uden for brusekabinen med et håndklæde omkring.

Hvor kan pumpen være, når jeg sover?
Du kan have tasken med pumpen ved siden af dig i sengen, på sengebordet eller på gulvet ved siden af sengen.

Hvad gør jeg, hvis pumpen giver alarm?
Hvis pumpen giver alarm, skal du ringe til afdelingen. Sygeplejersken vil guide dig til at løse problemet. Hvis problemet ikke kan løses over telefonen, kan du være nødt til at komme ind på afdelingen for at få problemet løst.

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver utilpas hjemme?
Bliver du utilpas, skal du ringe direkte til afdelingen. Inden du ringer, skal du måle din temperatur.

TEKNISK INFORMATION

Sådan skifter du batteri på pumpen (sjældent!)

- Tryk ”Stop” på pumpen.
- Maskinen skriver ”Stop pumpe”. Tryk ”Ja”.
- Sluk pumpen på ydersiden af højre side.
- Maskinen skriver ”Lukke ned?” Tryk ”Ja”.
- Drej knappen i toppen af maskinen, så du får adgang til batterierne. Skift batterierne og luk igen på drejeknappen.
- Tænd pumpen igen i højre side.
- Tryk ”Start”. Maskinen skriver ”Start pumpe?”. Tryk ”Ja”.

Sådan slukker du for alarmen, når sidste dosis er løbet ind

- Tryk ”Stop”. Maskinen skriver ”Stop pumpe”. Tryk ”Ja”.
- Sluk maskinen på højre yderside.

Dette kan du aflæse på skærmen



CADD-pumpen giver dig forskellige informationer i displayet.

1. Øverst i venstre hjørne kan du se, hvor meget der er i kassetten eller infusionsposen. Når pumpen er kodet med din behandling, vil der stå den fulde dosis.
2. Øverst i højre hjørne kan du se, hvor meget batteri der er tilbage. Det er de 4 AA-batterier, som er placeret i toppen af pumpen.
3. Øverst i midten står der ”kører”, når maskinen er i gang. Den vil starte på det indstillede tidspunkt. Står der derimod ”stoppet”, er pumpen indstillet, men der er ikke trykket ”start”, og pumpen vil ikke gå i gang til den indstillede tid.
4. I højre hjørne er det ur, som pumpen er indstillet til at rette sig efter.
5. Bunden af displayet fortæller, hvornår næste dosis gives.